



ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311465

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ № И-БС/26-06-2024/349799090

Средство измерений Калибраторы тока; UPS-II и UPS-III; UPS-III; Пер. № 18089-03
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер R1204
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с «Калибраторы тока моделей UPS-II и UPS-III. Методика поверки»
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

и на основании результатов периодической поверки признано непригодным к применению.

Причины непригодности Нестабильные показания в режимах измерений постоянного напряжения и постоянного тока.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-349799090>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 349799090

Поверитель Павлюкевич Виталий Александрович
фамилия, инициалы

Ведущий инженер

должность руководителя или другого уполномоченного лица

Дата поверки

26.06.2024



Павлюкевич В.А.

фамилия, инициалы