



ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

RA.RU.311465

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ № И-БС/02-07-2021/82513642

Средство измерений Преобразователи давления измерительные электрические: ИПД: мод. ИПД 89008: Рег. № 6787-03
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 6935
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с МИ 677-84
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

и на основании результатов периодической поверки признано непригодным к применению.

Причины непригодности Погрешность измерения давления превышает допустимый предел

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-82513642>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

82513642

Поверитель

Болгова В.С.

фамилия, инициалы

И.о. начальника отдела

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Манухин А.А.

фамилия, инициалы

Дата поверки

02.07.2021